



IJKCERTIFICAAT

Nummer:
AA2024BMI050 - 071328

Aanvrager: **VAS vzw**
Vinkenlaan 8
3270 Scherpenheuvel

Aangeboden: **Ademanalysetoestel,**
kan ook gebruikt worden als ademtesttoestel

Merk: Intoximeters
Type: Intoximeters - FST
Serienummer: 071328

Testlocatie: Laboratorium Belgisch Meetinstituut

Onderzoeksdatum: Het onderzoek werd verricht op 27-01-2024.

Resultaat: Bij het onderzoek voldeed het ademanalysetoestel aan de eisen zoals vermeld in:

- Het Koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen, gewijzigd door het Koninklijk besluit van 10 juni 2014.

Herleidbaarheid: De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en / of (inter)nationale standaarden.

Opmerkingen: Het gebruik van het toestel is strikt onderworpen aan volgende bepalingen:

- Het moet gebruikt worden conform de voorschriften van de fabrikant zoals opgenomen in de gebruiksaanwijzing.
- De gebruiksaanwijzing moet beschikbaar zijn in de officiële taal van het taalgebied waar het toestel wordt gebruikt.
- De verzegelingen van het toestel, moeten intact zijn.
- Verbreking van de verzegelingen vereist een nieuwe ijking.

Geldigheid: Het toestel is geijkt tot 26-01-2025.

Belgisch Meetinstituut

Marc
Lenaerts
(Signature) Digitaal
ondertekend door
Marc Lenaerts
(Signature)
Datum: 2024.02.01
11:40:04 +01'00'

Marc Lenaerts
Senior Deskundige Keuringen

Belgisch Meetinstituut
Brulens 19
2275 Gierle
België
014/68 72 30

BMI@Meetinstituut.be
www.meetinstituut.be

Pagina 1 van 1
Ademanalyse - FST v2021-06-25

This document shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.